

T24-LUC 活性检测报告

检测细胞:

T24-LUC

实验仪器及耗材:

名称	来源
高速冷冻离心机	湘仪
IVIS Lumina II	精诺真
移液器	Thermo
200μl 吸头	NEST
1.5 ml 离心管	NEST

实验步骤:

- 消化下细胞并计数，将之重悬为 105/mL，取 100 uL 加入 96 孔化学发光板，并梯度稀释，使得每孔细胞数量为 10000 个，5000 个，2500 个。
- 每孔加入 100 uL 300ug/mL Beetle Luciferin。
- 2 min 后将板放入 IVIS Lumina II 进行成像。

检测结果:

